

EC cartridge/60D

Cat. No.:	Pack Name:	Number of Tests:
REG00069	EC cartridge XS/60D	250
REG00067	EC cartridge S/60D	500
REG00071	EC cartridge M/60D	1000
REG00072	EC cartridge L/60D	3000



INTENDED USE

EC cartridge is an IVD kit intended for calibration and quantification of sodium (Na⁺), potassium (K⁺) and chloride (Cl⁻) on the EC 90 analyzer series. Intended only for IVD use by a professionally trained person.

CONTENT

1) EC cartridge

Calibration solution 1:

Na⁺ 150 mmol/l, K⁺ 5 mmol/l, Cl⁻ 103 mmol/l, buffer, preservative, wetting agent

Calibration solution 2:

Na⁺ 105 mmol/l, K⁺ 2 mmol/l, Cl⁻ 71,1 mmol/l, buffer, preservative, wetting agent

Reference solution:

K⁺ 1,2 mol/l, buffer, preservative, wetting agent

2) EC Biosensor

PREPARATION

Insert EC Biosensor into the cartridge according to the user manual.

DIRECTIONS FOR USE

1. In the analyzer software, in the maintenance screen, click on CHANGE EC CARTRIDGE button. Follow instructions on the screen.
2. Unpack the new cartridge, remove the cap and seal cap from the top and place it in the analyzer.
3. In the analyzer software click on OK button. The software will detect new cartridge and perform priming automatically.
4. Calibration will be performed automatically.

STABILITY AND STORAGE

Store at 2–30 °C. Note the expiration date on the labels. Protect the cartridge from frost. On board stability: 60 days after opening.

QUALITY CONTROL

For quality control ERBA NORM 4x5 (Cat. No. BLT00080) or ERBA NORM 10x5 (Cat. No. XSYS0123) and ERBA PATH 4x5 (Cat. No. BLT00081) or ERBA PATH 10x5 (Cat. No. XSYS0124) are recommended.

PERFORMANCE DATA

Performance is included in the user manual.

WARNING AND PRECAUTIONS

For *in vitro* diagnostic use. To be handled by entitled and professionally educated person.

Hazards identification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

Calibration solution 1 and 2:

EUH 208 Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction.

Reference solution: The reagent is not classified as dangerous.

WASTE MANAGEMENT

Users should be exceedingly careful when working with this biological material and treat the waste as a potential infectious material. Please refer to local legal requirements.

Date of Revision: 23. 1. 2023

EC cartridge/60D

Kat. č.:	Název balení:	Počet testů:
REG00069	EC cartridge XS/60D	250
REG00067	EC cartridge S/60D	500
REG00071	EC cartridge M/60D	1000
REG00072	EC cartridge L/60D	3000



POUŽITÍ

EC cartridge je IVD prostředek určený pro kalibraci a kvantitativní stanovení sodíku (Na⁺), draslíku (K⁺) a chloridu (Cl⁻) na analyzátoch řady EC 90. Určeno pouze pro IVD použití profesionální vyškolenou osobou.

SLOŽENÍ

1) EC cartridge

Kalibrační roztok 1:

Na⁺ 150 mmol/l, K⁺ 5 mmol/l, Cl⁻ 103 mmol/l, pufr, konzervanty, smáčecí agens

Kalibrační roztok 2:

Na⁺ 105 mmol/l, K⁺ 2 mmol/l, Cl⁻ 71,1 mmol/l, pufr, konzervanty, smáčecí agens

Referenční roztok:

K⁺ 1,2 mol/l, pufr, konzervanty, smáčecí agens

2) EC Biosensor

PŘÍPRAVA

Vložte EC Biosensor do cartridge dle uživatelského manuálu.

POSTUP PŘI INSTALACI

1. V software analyzátoru, v menu Údržba, klikněte na ikonu CHANGE EC CARTRIDGE a postupujte dle pokynů na obrazovce.
2. Vybalte novou cartridge, odstraňte z horní části kryt a těsnící uzávěr a umístěte do analyzátoru.
3. V software analyzátoru klikněte na OK. Software automaticky detekuje novou cartridge a provede promytí.
4. Kalibrace se provede automaticky.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte soupravu při teplotě 2–30 °C. Chraňte před mrazem, cartridge je stabilní až do data expirace uvedeného na štítku. Stabilita po připojení výrobku do analyzátoru: 60 dní po otevření balení.

KONTROLA KVALITY

Pro kontrolu kvality je doporučeno používat ERBA NORM 4x5 (kat. č. BLT00080) nebo ERBA NORM 10x5 (kat. č. XSYS0123) a ERBA PATH 4x5 (kat. č. BLT00081) nebo ERBA PATH 10x5 (kat. č. XSYS0124).

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Uvedeny v uživatelském manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Určeno pro *in vitro* diagnostické použití oprávněnou a odborně způsobilou osobou.

Identifikace nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Kalibrační roztok 1 a 2:

EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu. Může vyvolat alergickou reakci.

Referenční roztok: činidlo není klasifikované jako nebezpečné.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Na všechny zpracované vzorky je nutno pohlížet jako na potenciálně infekční a spolu s případnými zbytky činidel je likvidovat podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný odpad v souladu se Zákonem o odpadech.

Papírové a ostatní obaly se likvidují podle druhu materiálu jako tříděný odpad (papír, sklo, plasty).

Datum revize: 23. 1. 2023



Catalogue Number
Katalogové číslo



Lot Number
Číslo šarže



Expiry Date
Datum expirace



Manufacturer
Výrobce



In Vitro Diagnostics
In vitro diagnostikum



See Instruction for Use
Čtěte návod k použití



Storage Temperature
Teplota skladování

10020852
10020854
10020856
10020859

QUALITY SYSTEM CERTIFIED
ISO 13485



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbamannheim.com

N/238/23/B/INT