

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

26_2023_LAURA XL SW verze 1.2.3.31

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že 14. srpna byla vydána nová verze softwaru (verze 1.2.3.31) pro automatický močový analyzátor LAURA XL. Aktualizovaná verze SW zahrnuje především opravu drobných chyb zjištěných výrobcem včetně implementace požadavků zákazníků z globálního trhu, kompatibilitu s novým 16 cestným ventilem, vylepšeným hydraulickým systémem a přidáním ukrajinštiny do uživatelského rozhraní.

Erba Lachema důrazně doporučuje aktualizovat SW na vašem přístroji na nejnovější softwarovou verzi (1.2.3.31).

Chcete-li získat nejnovější verzi uživatelského SW, kontaktujte svého lokálního servisního technika nebo distributora, kteří zajistí instalaci aktualizované softwarové verze do vašeho přístroje. Aktualizovanou verzi SW naleznete na stránkách ERBA Academy.

Platné pro:

PŘÍSTROJ:

LAURA XL

kat. číslo: INS00065

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technická podpora



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno

DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 24. srpna 2023

Ref. No.AN_26_2022